

## **IN ATENTIA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE**

Avand in vedere adresa CNAS nr P10191/09.11.2015 inregistrata la CASMB cu nr 66286/10.11.2015, va aducem la cunostinta urmatoarele:

- Dispozitivul medical -inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen tip AIR WOLF produs de firma AIR WOLF HUNGARY K – UNGARIA nu este conform cu cerintele de la punctul 10 al Anexei nr 38 la Ordinul MS/CNAS nr 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat nu prevede un sistem de eliberare automata si nu poate fi adaptat la o sursa de aer sau oxigen, motiv pentru care copiii cu varsta de pana la 5 ani( pentru care se acorda, potrivit Ordinului ) nu pot beneficia de aceasta terapie.
- Din motivele mai sus mentionate, acest tip de dispozitiv medical - inhalator salin particule uscate de sare cu flux de aer sau oxigen tip AIR WOLF produs de firma AIR WOLF HUNGARY K – UNGARIA, nu poate fi introdus in contractele pentru furnizarea dispozitivelor medicale incheiate cu CASMB.

**CONDUCEREA CASMB**